

Meddelande om regelefterlevnad för Philips Axon

Inledning

Detta meddelande innehåller regulatorisk information gällande Philips Axon-produkten och utgör därmed ett tillägg till *bruksanvisningen för Philips Axon*. Här finns detaljerad information om de efterlevnadsförklaringar som krävs för produktens certifiering och godkännande. Capsule Technologie har därmed åtagit sig att leverera produkter som efterlever standarder, lagar och föreskrifter.

Certifieringsmärken



Australia Regulatory Compliance Mark (RCM). Axon överensstämmer med Australiens lag om radiokommunikation från 1992.



Efterlevnad av EU-direktiv



Separat insamling av elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE-direktivet)



NRTL-säkerhetsmärkning



Efterlevnad för produkter som placeras i Storbritannien.

Överensstämmelse med regulatoriska krav och godkännanden

Amerikanska Federal Communications Commission

Philips Axon uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning får ske på två villkor:

- Enheten får inte orsaka skadliga störningar.
- Enheten måste klara inkommande störningar, inklusive störningar som kan orsaka driftsfel.

Obs! Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass A enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa begränsningar är avsedda att säkerställa rimlig skyddsnivå mot skadliga störningar när utrustningen används i kommersiell miljö eller sjukhusmiljö. Den här utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används enligt instruktionerna i bruksanvisningen, kan den orsaka skadliga störningar för radiokommunikationsutrustning. Användning av denna utrustning i ett bostadsområde kan troligtvis orsaka skadliga störningar och i sådana fall måste användare korrigera störningen på egen bekostnad.

Obs! För drift inom frekvensområdet 5 180 ~ 5 250 GHz/5 500 ~ 5 700 GHz begränsas användningen av Axon till inomhusmiljö. Bandet från 5 600–5 650 MHz inaktiveras av programvaran under tillverkningen och kan inte ändras av slutanvändaren. Den här enheten uppfyller övriga krav som anges i del 15E, avsnitt 15.407 i FCC-reglerna.

Var försiktig Capsule ansvarar inte för störningar av radio- eller tv-sändningar till följd av ej godkända ändringar eller modifieringar av utrustningen. Ej godkända ändringar eller modifieringar kan innebära att användaren inte längre äger rätt att använda utrustningen.

Var försiktig Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av parten som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens tillstånd att använda utrustningen. Denna sändare får inte vara monterad tillsammans eller fungera i kombination med någon annan antenn eller sändare.

Meddelande om strålningsexponering

Utrustningen uppfyller gränserna för strålningsexponering i FCC-reglerna för en okontrollerad miljö. Utrustningen ska installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan strålningsutrustningen och användarens kropp.

Obs! Val av landskod gäller endast för ej amerikanska modeller och är inte tillgängligt på alla amerikanska modeller. Enligt FCC-reglerna ska alla Wi-Fi-produkter som marknadsförs i USA vara låsta på endast amerikanska kanaler.

Storbritannien

Kontakta din Capsule Technologie-representant om du vill ha en kopia av den fullständiga UKCA-försäkran om överensstämmelse.

Efterlevnad av RoHS

Capsule följer direktivet om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning från 2012 enligt förklaringen i *RoHS and WEEE compliance* nedan.

Deklaration enligt Industry Canada

Den här enheten uppfyller kraven i enlighet med RSS-210 i Industry Canada-reglerna. Användning får ske på följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka några skadliga störningar och (2) enheten måste acceptera alla störningar som tas emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

- Var försiktig**
- i. Enheten för drift i bandet 5 180–5 250 MHz är endast till för inomhusbruk för att minska risken för skadliga störningar vid samkörning av mobila satellitsystem.
 - ii. Den högsta antennförstärkningen som tillåts för enheter i banden 5 260–5 320 MHz och 5 500–5 700 MHz ska överensstämma med EIRP-gränsen.
 - iii. Den högsta antennförstärkningen som tillåts för enheter i bandet 5 500–5 700 MHz ska överensstämma med de EIRP-gränser som anges för punkt-till-punkt-drift och icke-punkt-till-punkt-drift, beroende på vad som är lämpligt.
 - iv. Användare bör också informeras om att högkapacitetsradar allokeras som primära användare (dvs. prioriterade användare) av banden 5 260–5 320 MHz och 5 500–5 700 MHz och att dessa radar kan orsaka störningar och/eller skador på LE-LAN-enheter.

Meddelande om strålningsexponering

Denna utrustning överensstämmer med FCC-strålningsexponeringsgränser angivna för en okontrollerad miljö. Utrustningen ska installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan strålningsutrustningen och användarens kropp.

Överensstämmelse med REACH

I enlighet med REACH-förordningen 1907/2006, artikel 33, och införandet av bly i listan över ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) har Capsule Technologie identifierat en komponent i Philips Axon med en blyhalt på mindre än 0,1 viktprocent. Alla Philips Axon-modeller uppfyller kraven i RoHS-direktivet 2011/65/EU, i enlighet med nästa avsnitt (*Överensstämmelse med RoHS och WEEE*).

Efterlevnad av RoHS och WEEE

Axon innehåller INGA av följande ämnen (i koncentrationer som överstiger lagstadgade gränsvärden):

- Bly
- Kvicksilver
- Kadmium
- Hexavalent krom
- Polybromerade bifenyler (PBB)
- Polybromerade difenyleter (PBDE)
- Bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)
- Bensylbutylftalat (BBP)
- Dibutylftalat (DBP)
- Diisobutylftalat (DIBP)

Philips Axon och kablar avfallhanteras separat och får inte kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Mer information finns i avsnittet om *Återvinning och miljö*.

Obs! Mer information om RoHS-efterlevnad för Japan finns på webbplatsen på <https://www.capsuletech.com/notices>.

Återvinning och miljö

Olämplig kassering av IT-utrustning kan ha negativa effekter för hälsa och miljö. Vi rekommenderar att du kasserar Axon, DIM-moduler och seriella kablar vid lämplig anläggning för återvinning. Även förpackningsmaterial och handböcker går att återvinna i enlighet med lokala återvinningsbestämmelser.

I EU kan du få hjälp med återvinning av Capsule-produkter genom att besöka vår kundwebbplats:

<https://customers.capsuletech.com/environment>

Tabell över överensstämmelse med säkerhetsföreskrifter och regulatoriska krav

Fält	Standard eller förordning
Säkerhet för medicintekniska produkter	EN 60601-1 IEC 60601-1 3:e utgåvan med nationella skillnader för USA och Kanada
IT-säkerhet	IEC 62368-1
Användbarhet för medicintekniska produkter	IEC 60601-1-6 IEC 62366
Programvara för medicintekniska produkter – programvarans livscykelprocesser	IEC 62304
EMC/EMI	FCC 47 CFR artikel 15 delartikel B ICES-003 A/NMB-003 A EN 60601-1-2 CISPR 24 CISPR 32 CISPR 35 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3
Radio	EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN 301 893 EN 300 328 EN 62311 RSS-210 FCC 47 CFR 15 C FCC 47 CFR 15 E
OET65	ANSI/IEEE C95.1
Miljö/förpackning	EU-direktiv 94/62/EG
Miljö	REACH 1907/2006
RoHS	EU-direktiv 2011/65/EU
WEEE	EU-direktiv 2012/19/EU

Rättsligt meddelande

© 2022 Capsule Technologies, Inc. och/eller dess dotterbolag. Med ensamrätt.

Den här produkten och tillhörande dokumentation skyddas av upphovsrätt och distribueras under licens som begränsar användning, kopiering, distribution och dekompilering av produkten. Ingen del av denna produkt eller tillhörande dokumentation får återskapas i något format eller på något sätt utan föregående skriftligt godkännande från Capsule Technologies, Inc. och/eller dess dotterbolag.

Dessa tekniska data kan omfattas av amerikanska och internationella lagar gällande export, återexport eller överlåtelse ("export"). Det är strikt förbjudet att bryta mot dessa amerikanska och internationella lagar.

Capsule-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Capsule Technologie, SAS i USA, EU och andra länder. Alla andra varumärken, servicemärken, registrerade varumärken och registrerade servicemärken tillhör sina respektive ägare.

Hårdvara och programvara som tillhör Capsule Technologies, Inc. och/eller deras dotterbolag tillhandahålls med förbehåll för alla tredjepartslicenser och begränsningar i den elektroniska filen "Tredjepartsmeddelanden" som medföljer programvaran eller som finns tillgänglig på begäran från Capsule Technologies, Inc. och/eller dess dotterbolag.

DHF24923

DCN 2020-007